

was	wie	womit	wann	wer
Objekt, das gewartet werden soll	Art der Wartung	Arbeitsmittel (z. B. Desinfektionsmittel, VAH*-gelistet), Präparat, Dosierung, Einwirkzeit ¹⁾	Zeitpunkt, Rhythmus, Folge der hygienischen Maßnahmen	Name und Unterschrift der verantwortlichen Person

* Unkritische Medizinprodukte: MP, die lediglich mit intakter Haut in Berührung kommen
 ** Semikritische Medizinprodukte: MP, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen
 *** Kritische Medizinprodukte: MP, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, inneren Geweben o. Organen kommen (einschl. Wunden) und MP zur Anwendung von Blut, Blutprodukten u.a. sterilen Arzneimitteln Patienten mit Verdacht auf oder klinischer Erkrankung an einer übertragbaren spongiformen Enzephalopathie (CJK, vCJK usw.) sind in Einrichtungen zu behandeln, die über geeignete Möglichkeiten der Infektionsprävention verfügen. Die Aufbereitung der wieder zu verwendenden Instrumente und Materialien darf nur in Einrichtungen mit extern zertifiziertem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485/13488 durchgeführt werden.

¹⁾ Weitere Hinweise siehe Produktinformationen im Internet.
²⁾ gem. EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562
³⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
⁴⁾ VAH-gelistet: bakterizid/levuroxid

was	wie	womit	wann	wer
Objekt, das gewartet werden soll	Art der Wartung	Arbeitsmittel (z. B. Desinfektionsmittel, VAH ¹ -gelistet), Präparat, Dosierung, Einwirkzeit ¹⁾	Zeitpunkt, Rhythmus, Folge der hygienischen Maßnahmen	Name und Unterschrift der verantwortlichen Person



Dieser Desinfektions- und Reinigungsplan wurde überreicht durch
DÜRR DENTAL SE · Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany · www.duerddental.com
Telefon 0 71 42/705 0 · Fax 0 71 42/705 500